

## 検査の注意事項一覧表

検査には原則として10時間以上絶食でおこください。

下記以外にも1年以内に手術を受けられた方、体内に金属や医療機器がある方は検査できない項目がありますので、事前に主治医にご確認ください。

	マンモグラフィー	乳房エコー	子宮頸がん	胃カメラ	胃透視	胸X-P 胸CT	腹部CT	腹部エコー	内臓脂肪	MRI	腹囲	眼圧	血液検査	尿検査
妊娠中	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	○
妊娠の可能性あり	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○
生理中	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△※1
授乳中 (24H断乳可能)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
(24H断乳不可)	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
卒乳後6ヶ月以内※2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
乳房再建術 (美容整形の豊胸含む)	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ペースメーカーや、 ICD(植込み型除細動器)	×	×	○	○	×	X線:○ CT:×	×	○	×	×	○	○	○	○
リブレセンサー (血糖モニター)※3	×	○	○	○	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○
緑内障手術後1年以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
緑内障以外の眼科の手術 1ヶ月以内	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
透析中	○	○	○	△※4	△※5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75歳以上	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
体重130kg以上	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
血圧180/or/110以上※6	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 尿潜血・尿蛋白反応が陽性となることがあり、その場合は再検査となります。

※2 卒乳後6ヵ月以降なら可能となりました。

※3 リブレセンサー(血糖モニター装置)装着中はX線検査は受けられません。検査前にセンサーをはずしていただき、検査後に新しいセンサーを装着することになります。センサーの交換時期に合わせて検査予約を取られることをお勧めします。

※4 胃カメラで観察のみはできますが、生検検査(病変部組織を採取する検査)はできません。

※5 水分制限がある方は事前に主治医にご確認ください。

※6 当院での血圧測定で収縮期血圧180mmHg以上or拡張期血圧110mmHg以上の方は胃の検査(バリウム・胃カメラとも)は受けられません。